公告番号 第役 17号
平成26年 3月11日

公　　告

契約担当官
陸上自衛隊富士学校
会計課長　柳井　新一郎

契約担当官 陸上自衛隊富士学校会計課長印

下記のとおり一般競争入札を実施するので関係事項承知の上参加されたい。

1　競争入札に付する事項

件　名	規　格	単位	数　量	履行期間	履行場所
自動分析装置生化学用臨床検査システム付保守整備	仕様書のとおり	式	1	平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日	富士駐屯地 （自衛隊富士病院）

2 入札執行の場所・日時
　入　札 場 所　陸上自衛隊富士学校　本部庁舎B1会計課入札室
　日　時　平成26年3月25日　13時30分

3 契約条項を示す場所
　陸上自衛隊富士学校会計課

4 参 加 資 格
（1） 契約担当官から指名停止の処置を受けている期間中でない者。
（2） 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
（3） 競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のうち「A・B・C」又は「D」の等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
（4） 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除する要請がない者で入札の心得に示す事項を書面をもって入札前までに誓約する者

5 入 札 方 法
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の100／108に相当する金額を入札書に記載すること。
　郵送による入札は初度入札のみ可とする（入札日前日17時00分までに到達の事）

6 保　証　金
（1） 入札保証金：免除　但し落札者が契約を結ばないときには落札金額の100分の5以上に相当する額を違約金として徴収する。
（2） 契約保証金：免除　但し契約者がその契約を履行しない時は契約金額の100分の10以上に相当する額を違約金として徴収する。

7 無 効 入 札
　下記のいずれかに該当する入札は無効とする。
（1） 本公告の示した資格のない者の入札
（2） 入札に関する条件に違反した入札
（3） 電報、電話等の入札
（4） 入札金額が明確でない入札
（5） 入札者が誰であるか識別しがたい場合の入札
（6） 入札の心得に示す事項を書面をもって誓約しなかった者の入札

8 落札決定方法：総額とし予定価格の範囲内とする。但し同価格の場合は抽選による。

9 契約書の作成：契約金額が150万円を超える場合は契約書を、50万円以上150万円以下の場合は、請書を作成する。

10 端 数 処 理
　入札書に記載された金額108／100に相当する額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られた金額をもって、申し込みがあったものとする。

11 そ　の　他
※ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除する要請がある有資格者については競争参加を認めません
※ 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する公共事業等から排除する依頼があった有資格者とは契約を行いません
※ 入札の心得は富士学校ホームページに掲載してあります
※ 連絡場所　この入札に関する問い合わせ及び連絡は下記宛にされたい。
　静岡県駿東郡小山町須走481－27　陸上自衛隊富士学校総務部会計課契約班
　電話0550－75－2311（内線2233）　FAX直通0550－75－2445　担当：契約第1係長
※ 仕様書を富士学校会計課にて配布しています。
※
　入札に参加する者は平成25・26・27年度資格決定通知書（写し）を提出して下さい。（FAX可）ただし、一度提出している場合は省略可とする。
※ 入札に参加する者で代理人が参加する場合は、委任状を提出して下さい。

調達要求番号：

自衛隊富士病院仕様書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
自動分析装置生化学用臨床検査システム付保守整備		富士病資－６３Ｂ	
		承　認	平成２６年　3月　１０日
		作　成	平成２３年１２月　２１日
		変　更	平成２６年　3月　　７日
		作成部隊等名	自衛隊富士病院　衛生資材課

1.　総 則

1.1　適用範囲

この仕様書は，自衛隊富士病院において保有する自動分析装置生化学用臨床検査システム付の機能維持のための保守整備について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次による。

1.2.1

保守整備

契約期間に於いて年２回の定期点検を実施するものとする。

1.2.2

定期点検

機能を維持するため，定期的に行う整備をいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a）法令等

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）

薬事法施行規則（昭和３６年厚生省令第１号）

b）取扱説明書

臨床化学分析装置　ＴＢＡ－１２０ＦＲ

2 一般的事項

整備を実施するに当たり，整備実施者は1.3.b)を遵守するものとする。また，整備実施者は“医療器具修理業許可証”を保有しているものとする。

3 整備に関する要求

3.1 保守整備

a）保守整備の期間は，平成２６年４月１日から平成２７年3月３１日とする。

b）保守整備の場所は，官側が指定する場所で実施するものとする。

c）不定期に発生した故障の是正に関する受付は，２４時間３６５日電話による電話による受付が可能

であるものとする。

d) 故障の是正実施時期については，官側との調整による。

3.2 定期点検

a) 定期点検は，保守整備の期間のうち，年２回（６月及び１２月），**別紙第１**を基準として実施するものとし、細部実施時期は官側との調整による。

b) 定期交換部品は，**別紙第２**によるものとする。

c) 定期点検において，修理又は**別紙第２**に示す部品交換を実施する。

4 品質保証

4.1 性能試験

性能試験は，動作に異常がないことを確認する。

4.2 監督及び検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 秘密保全

契約の相手方は，本契約の履行にあたり直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万全を期するとともに，別途利用その他への公表などは防衛省の承認なく行ってはならない。また，本契約終了後も，同様とする。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，**別紙第１**によるものとし，提出先は自衛隊富士病院とする。

6.2 賠償責任

賠償責任は，契約の相手方の故意又は過失により，官側及び第三者に損害を与えた場合に，契約の相手方が賠償責任を負うものとする。

6.3 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，官側との協議によるものとする。

A:発行元控え

別紙第１－１

SY586-017JAD

TBA－120FR 定期点検報告書（保守契約　ヶ月点検　保証期間内　ヶ月点検）

御得意名	殿	S/N：	作業日：	点検者	お得意様承認印
点検周期	120検体/DAY以下：年2回点検	□2回	□4回		

2回点検	4回点検	点検内容	作業内容	結果	備考
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｱｰﾑ					
6M	3M	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ外壁の点検（洗浄）			
6M	3M	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ内の点検			
6M	6M	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ停止位置確認			
1Y	1Y	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
S	S	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞの点検			
試薬ｱｰﾑ					
6M	3M	試薬ﾌﾟﾛｰﾌﾞ外壁の点検（洗浄）			
6M	3M	試薬ﾁｭｰﾌﾞ内の点検			
6M	6M	試薬ﾌﾟﾛｰﾌﾞ停止位置確認			
1Y	1Y	試薬ﾌﾟﾛｰﾌﾞﾁｭｰﾌﾞの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
S	S	試薬ﾌﾟﾛｰﾌﾞの点検			
ｽﾀｰﾗｱｰﾑ					
6M	3M	ｽﾀｰﾗﾌﾞﾚｰﾄﾞの点検			
6M	6M	ｽﾀｰﾗの停止位置、下降位置確認			
6M	6M	ｽﾀｰﾗが振動しているか確認			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
S	S	ｽﾀｰﾗの交換			
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ					
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞからの水漏れ確認			
6M	3M	電磁弁からの水漏れ確認			
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞ内部の点検（気泡有無）			
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙの点検			
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞ・ｼｰﾙﾁｯﾌﾟの点検			
1Y	1Y	ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動部の点検（注油）			
試薬ﾎﾟﾝﾌﾟ					
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞからの水漏れ確認			
6M	3M	電磁弁からの水漏れ確認			
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞ内部の点検（気泡有無）			
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙの点検			
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞ・ｼｰﾙﾁｯﾌﾟの点検			
1Y	1Y	ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動部の点検（注油）			

2回点検	4回点検	点検内容	作業内容	結果	備考
ｻﾝﾌﾟﾗ					
6M	3M	保冷用固定ｻﾝﾌﾟﾗ内部の点検（清掃）			
6M	3M	保冷用固定ｻﾝﾌﾟﾗの保冷確認			
6M	3M	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾌﾟﾗ内部の点検（清掃）			
6M	3M	ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ点検（清掃・読取確認）			
6M	3M	ｶｯﾌﾟｾﾝｻの点検（清掃・読取確認）			
1Y	1Y	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾎﾙﾀﾞｰの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
試薬庫					
6M	3M	試薬庫内部の点検（清掃）			
6M	3M	試薬庫の保冷確認			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
洗浄ｴﾚﾍﾞｰﾀ					
6M	3M	洗浄のﾉｽﾞﾙの点検（清掃・位置確認）			
6M	3M	乾燥ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟの点検			
1Y	1Y	高濃度廃液系ﾁｭｰﾌﾞの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
ｾﾙ洗浄用ﾍﾞﾛｰｽﾞﾎﾟﾝﾌﾟ					
1Y	1Y	ﾍﾞﾛｰｽﾞの点検			
1Y	1Y	ﾎﾟﾍﾟｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ、Oﾘﾝｸﾞの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
高濃度廃液用ﾍﾞﾛｰｽﾞﾎﾟﾝﾌﾟ					
6M	6M	ﾍﾞﾛｰｽﾞの点検			
6M	6M	ﾎﾟﾍﾟｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ、Oﾘﾝｸﾞの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ内壁洗浄ﾎﾟﾝﾌﾟ					
1Y	1Y	ﾍﾞﾛｰｽﾞの点検			
1Y	1Y	ﾎﾟﾍﾟｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ、Oﾘﾝｸﾞの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
ｾﾙ洗浄用洗剤ﾎﾟﾝﾌﾟ					
6M	3M	ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞの点検			
6M	6M	1ccｼﾘﾝｼﾞの点検			
6M	6M	洗剤用ﾌｨﾙﾀの点検			
6M	6M	ｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙの点検			

作業内容（目視：Ｉ，調整：Ａ，交換：Ｒ，確認：Ｃ，清掃：ＣＬ，注油：Ｇ）　結果：レ（良好）

3M：3ヶ月点検項目　6M：6ヶ月点検項目　1Y：1年点検項目　2Y：2年点検項目　3Y：3年点検項目　S：随時

東芝メディカルシステムズ株式会社

A:発行元控え

別紙第１－２

SY586-017JAD

2回点検	4回点検	点検内容	作業内容	結果	備考
ｾﾙ洗浄用洗剤ﾎﾟﾝﾌﾟ					
6M	6M	ｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙﾁｯﾌﾟの点検			
1Y	1Y	ﾒｶ駆動部の点検（注油）			
排液真空ﾎﾟﾝﾌﾟ					
6M	3M	ｼｰﾄ弁の点検			
6M	3M	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑの点検			
乾燥真空ﾎﾟﾝﾌﾟ					
6M	3M	ｼｰﾄ弁の点検			
6M	3M	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑの点検			
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ洗浄部					
6M	3M	ﾌﾟﾛｰﾌﾞ洗浄水の水量の点検（調整）			
6M	3M	ｽﾀｰﾗ洗浄ﾌﾟｰﾙの水量の点検（調整）			
6M	3M	ﾌﾟﾛｰﾌﾞ洗浄ﾌﾟｰﾙの点検（清掃）			
6M	3M	ｽﾀｰﾗ洗浄ﾌﾟｰﾙの点検（清掃）			
測光部					
6M	6M	光源ﾗﾝﾌﾟの点検			
3Y	3Y	熱線吸収ﾌｨﾙﾀｰの点検			
反応部					
6M	3M	反応槽の温度確認			
6M	6M	反応ｾﾙの点検			温度表示画面の確認
6M	6M	反応部ﾌﾛｰﾄSWの点検			
1Y	1Y	反応ﾃﾞｨｽｸ駆動部の点検（注油）			
1Y	1Y	反応管ﾜｲﾊﾟｰの点検			
S	S	光軸ｳｲﾝﾄﾞｳ部の点検			
恒温槽					
6M	6M	循環ﾎｰｽの点検及び恒温水全量交換			
3Y	3Y	ｻｰﾐｽﾀｰｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝの交換			
1Y	1Y	恒温水用ﾌｨﾙﾀの点検			
2Y	2Y	恒温水用ﾍﾟﾘｽﾀﾎﾟﾝﾌﾟの点検			
1Y	1Y	恒温水用ﾍﾟﾘｽﾀﾁｭｰﾌﾞの点検			
電極部					
6M	3M	電極ｻｸｼｮﾝ部ｴｱｰ抜き			
6M	3M	電極廃液ﾁｭｰﾌﾞ先端の点検			
6M	3M	電極の交換			
6M	3M	ｻｸｼｮﾝﾉｽﾞﾙの点検			
6M	3M	電極校正液ﾎﾟｯﾄ、配管ﾄﾞﾚｲﾝ部点検			
6M	6M	ｻｸｼｮﾝﾉｽﾞﾙ位置確認			
6M	6M	1ccｼﾘﾝｼﾞの点検			
6M	6M	ﾋﾟﾝﾁﾊﾞﾙﾌﾞﾁｭｰﾌﾞの点検			
6M	6M	校正液ﾎﾞﾄﾙ内ﾌｨﾙﾀの点検			
1Y	1Y	電極ｱｰﾑ駆動部の点検			

2回点検	4回点検	点検内容	作業内容	結果	備考
電極部					
1Y	1Y	ﾎﾟﾝﾌﾟ駆動部の点検（注油）			
1Y	1Y	電極ｱｰﾑ駆動部の点検			
ｴﾝﾌﾟﾃｨｰｾﾝｻ					
6M	3M	洗剤ﾄﾚｲ部の点検			
6M	6M	ｴﾝﾌﾟﾃｨｾﾝｻ：ｾﾝｻ部点検			
1Y	1Y	ｴﾝﾌﾟﾃｨｾﾝｻ：検知重量の点検			
純水・廃液系					
6M	3M	純水純度の確認			
6M	3M	ｼﾘﾝｼﾞ液漏れ確認			
6M	3M	高濃度廃液ｾﾝｻの機能確認			
1Y	1Y	低濃度廃液ﾀﾝｸのﾌﾛｰﾄSWの点検			
1Y	1Y	各配管ﾗｲﾝの点検			
電気系					
6M	3M	SMDPOWER/ITUﾕﾆｯﾄﾌｨﾙﾀの点検			
3Y	3Y	SMDPOWER/ITUﾕﾆｯﾄ内部の点検			
6M	6M	CPUﾕﾆｯﾄ空気吸い込み口の点検			
3Y	3Y	CPUﾕﾆｯﾄ空気排出口の点検			
6M	6M	ﾒｲﾝ電源ﾕﾆｯﾄﾌｨﾙﾀの点検			
3Y	3Y	PC内部の点検			
3Y	3Y	ﾒｲﾝ電源ﾕﾆｯﾄ内部の点検			
3Y	3Y	ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾕﾆｯﾄ内部の点検			
3Y	3Y	AC/DCDRIVER PC 板の点検			
3Y	3Y	TLLS（液面ｾﾝｻ）PC板の点検			
その他					
6M	3M	ｺﾝｿｰﾙ部の点検			
6M	6M	筐体清掃			
6M	3M	冷凍機ﾌｨﾙﾀの点検			
ｼｽﾃﾑ総合					
6M	3M	配管接続部や駆動系及び安全性の確認			
6M	3M	ﾃﾞｰﾀ確認			

点検以外の交換部品

	部品名	個数	部品名	個数

特記事項

作業内容（目視：Ｉ，調整：Ａ，交換：Ｒ，確認：Ｃ，清掃：ＣＬ，注油：Ｇ）　結果：レ（良好）

3M：3ヶ月点検項目　6M：6ヶ月点検項目　1Y：1年点検項目　2Y：2年点検項目　3Y：3年点検項目　S：随時

東芝メディカルシステムズ株式会社

定期交換部品表

点検時使用部品(1年分)

CODE	図　番	定期交換部品名	個　数
M1377027	4M09-00355	乾燥ノズルチップ	2
M1026135	BSM10-4335	チェックバルブオレンジ	4
M0928518	YZD5490-02	1CCｼﾘﾝｼﾞ(一体形)	10
M0928526	YZE5279-01	洗浄ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙ	2
M0928534	YZE5281-01	洗浄ｻﾝﾌﾟﾙｼﾘﾝｼﾞｼｰﾙﾁｯﾌﾟ	2
M0928542	YZE5283-01	試薬シール	2
M0928550	YZE5285-01	試薬シールチップ	2
M5140048	BM10-6125 1	ハロゲンランプ	2
M0962287	YZY5939-01	ベローズポンプ	3
M0936901	YZY5941-01	ポペットﾊﾞﾙﾌﾞ	3
M1752561	PM10-50712*A-1	高濃度廃液チューブ	1
M1927388	PM10-50761*A-1	R1試薬チューブ	2
M1927388	PM10-50761*A-1	R2試薬チューブ	2
M1750798	PM10-50760-1	サンプルチューブ	1
M2033194	PM10-51428*A-1	サンプリングプローブ	1
M2033208	PM10-51428*A-2	試薬プローブ	2
M1583883	YZZ727-01*B	熱線吸収フィルター	1
M1609971	BSM10-4621*B	スターラ	2
M1737120	WM10-43950-1	電極サクションノズル	1
M0947334	YZG895-04	サンプリングシリンジOリング	2
M5115116	PM10-56250*A 2	ピンチバルブ	1
M2916878	PM10-53429*D 1	ペリスタポンプ	1
M2530856	BSM10-5677	フィルター(ハウジング内)	1